

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）
拟采购产品名称	手术床
拟采购产品金额	570000.00 元；数量：2 台
采购项目所属项目名称	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）购置手术床项目
采购项目所属项目金额	570000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：根据医院的实际情况和业务发展需要，购置 2 台手术床，手术床主要用于脊柱手术，需要配置匹配的头架、侧卧位架等体位架，以保证各种手术的体位需要。进口产品手术床具备内置碳纤维材质腰桥、头部段可平移等相关功能，能有效满足骨科手术术中透视无遮挡，适配复合手术全域导航需求，国产有效透视区域占比≤75%，无法实现术中全行程无死角透视；进口产品配置的头架，安装方便，能有效的缩短手术时间，国产品牌头架为转接块安装，安装繁琐；经过长期临床验证，进口产品传动系统精度高，运行静音、平稳，在长时间复杂手术中体位保持更稳定，故障率低，耐用性强。 目前国内设备尚无法达到上述功能及技术指标，进口产品具有不可替代性，同时该设备不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为保证医院诊疗质量，故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议） 对比进口手术床的技术参数进行详细审阅：认为：该床具有二种电动控制方式；两套功能一致的独立操作系统；手术床具有向头部旋转平移距离≥35cm，方便C臂之透视等功能。经过长期临床应用，对比进口产品该床床架精度高，运行静音，平稳，在长时间手术中体位更稳定，故障率低，耐用性强。因目前国内设备尚无法达到以上要求，为保证诊疗质量，建议采购进口产品。 专家签字  2026 年 7 月 6 日	

注：一人一表

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）
拟采购产品名称	手术床
拟采购产品金额	570000.00 元；数量：2 台
采购项目所属项目名称	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）购置手术床项目
采购项目所属项目金额	570000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：根据医院的实际情况和业务发展需要，购置 2 台手术床，手术床主要用于脊柱手术，需要配置匹配的头架、侧卧位架等体位架，以保证各种手术的体位需要。进口产品手术床具备内置碳纤维材质腰桥、头部段可平移等相关功能，能有效满足骨科手术术中透视无遮挡，适配复合手术全域导航需求，国产有效透视区域占比≤75%，无法实现术中全程无死角透视；进口产品配置的头架，安装方便，能有效的缩短手术时间，国产品牌头架为转接块安装，安装繁琐；经过长期临床验证，进口产品传动系统精度高，运行静音、平稳，在长时间复杂手术中体位保持更稳定，故障率低，耐用性强。 目前国内设备尚无法达到上述功能及技术指标，进口产品具有不可替代性，同时该设备不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为保证医院诊疗质量，故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议） 论证意见：进口手术床有效透视区域广；头架安装方便快捷，能有效缩短手术时间，进口产品传动系统传动系统精度高，运行静音、平稳，稳定性好，故障率低，耐用性强。同意采购进口手术床。	
专家签字 李亚国	
2026 年 7 月 6 日	

注：一人一表

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）
拟采购产品名称	手术床
拟采购产品金额	570000.00 元；数量：2 台
采购项目所属项目名称	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）购置手术床项目
采购项目所属项目金额	570000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：根据医院的实际情况和业务发展需要，购置 2 台手术床，手术床主要用于脊柱手术，需要配置匹配的头架、侧卧位架等体位架，以保证各种手术的体位需要。进口产品手术床具备内置碳纤维材质腰桥、头部段可平移等相关功能，能有效满足骨科手术术中透视无遮挡，适配复合手术全域导航需求，国产有效透视区域占比≤75%，无法实现术中全行程无死角透视；进口产品配置的头架，安装方便，能有效的缩短手术时间，国产品牌头架为转接块安装，安装繁琐；经过长期临床验证，进口产品传动系统精度高，运行静音、平稳，在长时间复杂手术中体位保持更稳定，故障率低，耐用性强。 目前国内设备尚无法达到上述功能及技术指标，进口产品具有不可替代性，同时该设备不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为保证医院诊疗质量，故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议） 进口手术床在运行平稳度、全碳纤维无伪影透视等方面具有不可替代性，为保障该院高难度手术的正常开展和患者安全，建议购买进口手术床。	
专家签字 邵叔	
2026 年 7 月 6 日	


注：一人一表

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）
拟采购产品名称	手术床
拟采购产品金额	570000.00 元；数量：2 台
采购项目所属项目名称	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）购置手术床项目
采购项目所属项目金额	570000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：根据医院的实际情况和业务发展需要，购置 2 台手术床，手术床主要用于脊柱手术，需要配置匹配的头架、侧卧位架等体位架，以保证各种手术的体位需要。进口产品手术床具备内置碳纤维材质腰桥、头部段可平移等相关功能，能有效满足骨科手术术中透视无遮挡，适配复合手术全域导航需求，国产有效透视区域占比≤75%，无法实现术中全行程无死角透视；进口产品配置的头架，安装方便，能有效的缩短手术时间，国产品牌头架为转接块安装，安装繁琐；经过长期临床验证，进口产品传动系统精度高，运行静音、平稳，在长时间复杂手术中体位保持更稳定，故障率低，耐用性强。 目前国内设备尚无法达到上述功能及技术指标，进口产品具有不可替代性，同时该设备不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为保证医院诊疗质量，故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议） 拟采购的产品符合《政府采购进口产品管理办法》的有关法律、法规政策的规定，建议购买进口产品。	
专家签字 张丽见（法律）	
2026 年 7 月 6 日	

注：一人一表

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）
拟采购产品名称	手术床
拟采购产品金额	570000.00 元；数量：2 台
采购项目所属项目名称	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）购置手术床项目
采购项目所属项目金额	570000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：根据医院的实际情况和业务发展需要，购置 2 台手术床，手术床主要用于脊柱手术，需要配置匹配的头架、侧卧位架等体位架，以保证各种手术的体位需要。进口产品手术床具备内置碳纤维材质腰桥、头部段可平移等相关功能，能有效满足骨科手术术中透视无遮挡，适配复合手术全域导航需求，国产有效透视区域占比$\leq 75\%$，无法实现术中全行程无死角透视；进口产品配置的头架，安装方便，能有效的缩短手术时间，国产品牌头架为转接块安装，安装繁琐；经过长期临床验证，进口产品传动系统精度高，运行静音、平稳，在长时间复杂手术中体位保持更稳定，故障率低，耐用性强。 目前国内设备尚无法达到上述功能及技术指标，进口产品具有不可替代性，同时该设备不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为保证医院诊疗质量，故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议） 河南省洛阳正骨医院为开展高难度四级手术及复合手术，对手术床透视兼容性、定位精度、重载稳定性、专科配件拓展性要求极高，国产手术床在影像适配能力不足，机械精度与重载稳定性等不太符合要求，经充分调研无等效国产设备满足所需，所购产品在进口管控目录内，因此建议采购进口产品。	
专家签字 	
2016 年 7 月 6 日	

注：一人一表